



Московский
клинический
научный центр

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОРТ-СИСТЕМУ ДЛЯ:

- Забора крови на анализы.
- Внутривенных инъекций.
- Длительного капельного введения лекарств.
- Переливания препаратов крови.
- При проведении диагностических исследований с контрастом (КТ, МРТ), если врач не указал вам на наличие противопоказаний.

В ПЕРВЫЕ 10 ДНЕЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ:

- Первая перевязка назначается через 24 часа после установки порт-системы.
- После первой перевязки повязку в дальнейшем необходимо менять каждый день в течение 10 дней.
- Если у вас наложены швы, снимите их через 10–12 дней после имплантации в МКНЦ им. А.С. Логинова или у хирурга по месту жительства.
- Для облегчения приема душа используйте специальные полиэтиленовые наклейки для послеоперационной раны.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РАНЫ

1. Снимите старую повязку.
2. Обработайте послеоперационную рану раствором антисептика (70% спирт, бетадин, спиртовой 0,05% раствор хлоргексидина и др.)
3. Наклейте стерильную наклейку для послеоперационной раны.

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ:

- Не носите тяжести (свыше 5 кг) на стороне операции;
- Исключите активные физические нагрузки;
- Исключите водные процедуры в бассейне, сауне и бане примерно на 2–4 недели.

ДО УДАЛЕНИЯ ПОРТ-СИСТЕМЫ:

- Если порт установлен, а постоянная инфузионная терапия не проводится, или принято решение о временном прекращении химиотерапии, то порт необходимо промывать каждые 4–6 недель во избежание его закупорки.
- Для инъекции в порт-систему ВСЕГДА используйте только специальными иглами — иглами Губера. Эти иглы имеют специальную заточку, которая раздвигает мембрану порт-системы, не разрезая ее. Рекомендуем Вам иметь в запасе несколько таких игл.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВАС РАЗМЕРЫ ИГЛ

Игла для промывания (прямые) размером **20G 30 мм.**

Игла для продленной инфузии с крыльями для фиксации (бабочка) размером **20G 20 мм.**

- **Не используйте одну иглу Губера более трех дней. При этом обязательно помните, что:**
 - место установки должно быть закрыто стерильной повязкой,
 - специальная закрывающая клипса на удлинителе иглы должна быть закрыта.
- **Не используйте порт-систему, если:**
 - испытываете боль в области порта,
 - появилась отечность руки и посинение кожи на стороне установки порт-системы,
 - кожа в месте инъекции или по ходу расположения катетера покраснела,
 - испытываете боль и дискомфорт во время введения препаратов,
 - немедленно свяжитесь со своим лечащим врачом, если имеют место вышеперечисленные симптомы.